

**De:** Compras <comprassaude@pmsaposse.sp.gov.br>  
**Enviado em:** sexta-feira, 26 de julho de 2019 14:40  
**Para:** licitacao@pmsaposse.sp.gov.br  
**Assunto:** RES: Esclarecimento

SEGUE A RESPOSTA DO QUESTIONAMENTO DA EMPRESA BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ITEM 03-AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATÉ 75 LITROS

- CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS, SENDO VOLTAGEM 220 VOLTS.

ITEM 06-COMPRESSOR ODONTOLOGICO

- CAPACIDADE DA VOLTAGEM 220 VOLTS

SECRETARIA DE SAUDE

---

**De:** licitacao@pmsaposse.sp.gov.br [mailto:licitacao@pmsaposse.sp.gov.br]  
**Enviada em:** sexta-feira, 26 de julho de 2019 13:43  
**Para:** 'Compras'  
**Assunto:** ENC: Esclarecimento

**De:** Joao Fernando fonseca <j.fernando.fonseca15@gmail.com>  
**Enviada em:** sexta-feira, 26 de julho de 2019 12:29  
**Para:** licitacao@pmsaposse.sp.gov.br  
**Assunto:** Esclarecimento

Boa tarde Aline , falei com você a pouco via telefone a respeito da medida minima da autoclave, estamos solicitando este esclarecimento para que seja efetuado a aquisição correta em beneficio do Município e com respeito ao dinheiro publico, pois como esta no descritivo autoclave até 75 litros , estão fornecendo autoclave de 4 litros ja que não foi estipulado o minimo, 4 litros nem manicure usa esta autoclave, segue em anexo a solicitação de esclarecimentos.

João Fernando  
Representante BS autoclave.



Livre de vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com).