



Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Santo Antonio, nº 46 - Centro - S.A.Posse - SP

Fone: (19)3896-2955

e-mail: saude@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antonio de Posse, 24 de SETEMBRO de 2020.

Ofício n.537/ 2020

Ao Departamento de Licitação

Pregão 066/20

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO AO COVID 19

Em resposta ao questionamento da empresa Gama Camp Produtos Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ 03.952.213/0001-01, sediada à Rua Ex. Hélio Alves de Camargo, 138, Jd. IV Centenário, Campinas/SP CEP 13070-193 .

Edital solicita: equipamento deverá apresentar entrada para no mínimo 2 módulos/parâmetros, adicionais em relação aos parâmetros inicialmente exigidos, não sendo admitidos

Equipamentos que para a expansão seja necessária sua desmontagem). Possibilidade de inclusão de parâmetros adicionais abrangendo: Capnografia e Débito Cardíaco;

RESPOSTA:

Assistimos nossos munícipes no Pronto Socorro Municipal e encaminhamos quando necessário a outros níveis de atenção. Com objetivo de realizar uma assistência de melhor qualidade ao paciente grave, temos a intenção de realizar a aquisição do equipamento como segue no descritivo: “Constituído por monitor, processador, fonte de alimentação em um único bloco, com parâmetros iniciais (ECG, Temperatura, Pressão Não Invasiva (NIBP), Oximetria (SpO2) e Pressão Invasiva) pré-configurados ou fornecidos em um ou mais módulos/cabos, devendo demais parâmetros serem oferecidos em módulos/cabos individuais que possam ser intercambiados entre os aparelhos (portanto o equipamento deverá apresentar entrada para no mínimo 2 módulos/parâmetros adicionais em relação aos parâmetros inicialmente exigidos, não sendo admitidos equipamentos que para a expansão seja necessária sua desmontagem). Possibilidade de inclusão de parâmetros adicionais abrangendo: Capnografia e Débito Cardíaco”.

Sem mais,


IRAMAIA MASSONI
Secretaria Municipal de Saúde

RECEBEMOS

Em 20/09/2020.

Comissão Permanente de Licitação

PEDRO H. ROMANINI

De: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br
Enviado em: quinta-feira, 24 de setembro de 2020 09:44
Para: 'Licitação Campinas'
Assunto: RES: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PP 66/2020
Anexos: Preço Médio PP 066-2020.pdf

Bom dia Camila

Respondendo aos seus pedidos:

ITEM 01 MONITOR

Encaminhamos para o departamento requisitante para que possam responder.

ITEM 8.2.5 – Proposta Eletrônica

Esta dispensada, sendo necessária somente a apresentação da proposta impressa.

A estimativa de valores dos itens, segue em anexo.

Att.

Pedro Henrique Romanini

De: Licitação Campinas <licitacao@gamacamp.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 23 de setembro de 2020 16:54
Para: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PP 66/2020

Boa tarde Estimada Comissão de Licitação,

A empresa **Gama Camp Produtos Hospitalares Ltda**, inscrita no CNPJ **03.952.213/0001-01**, sediada à Rua Ex. Hélio Alves de Camargo, 138, Jd. IV Centenário, Campinas/SP CEP 13070-193, com interesse em participar da **PP 66/2020**, através de seu representante legal abaixo assinado, vem respeitosamente solicitar **ESCLARECIMENTO** ao processo em epigrafe, dentro dos prazos .

Por gentileza nos esclarecer alguns pontos do edital:

- **ITEM 01 MONITOR:**

Edital solicita: *equipamento deverá apresentar entrada para no mínimo 2 módulos/parâmetros, adicionais em relação aos parâmetros inicialmente exigidos, não sendo admitidos Equipamentos que para a expansão seja necessária sua desmontagem). Possibilidade de inclusão de parâmetros adicionais abrangendo: Capnografia e Débito Cardíaco;*

Será aceito equipamento: com todos os parâmetros já incluso pré configurado- num único bloco. (ECG/ SPO2/ TEMP/ PI/ NIBP/ RESP/ ETCO2/ DEBITO CARDIACO) JÁ COM TODOS OS ACESSORIOS INCLUSOS.

- **ITEM 8.2.5 – PROPOSTA ELETRONICA**

A empresa licitante deverá transcrever o conteúdo idêntico de sua proposta de preços para o sistema cotação/proposta disponível no site www.pmsaposse.sp.gov.br ou pelo link licitacao.pmsaposse.sp.gov.br ou mediante solicitação para envio por e-mail, a ser informado pelo requerente, e apresentá-la, juntamente com a respectiva proposta impressa, por meio de gravação em mídia do tipo "CD", "DVD" ou PEN DRIVE na extensão "XML" que serão retidos pela administração, para melhor preenchimento da proposta acesse o link licitacao.pmsaposse.sp.gov.br.

Será desclassificada a empresa que não entregar a proposta eletrônica conforme indicado no item 8.2.5 do edital?

- Qual a estimativa dos itens: 01, 02, 03 e 04 ?

Desde já agradecemos. Ficamos no aguardo de um retorno.

Camila Merki
Depto de Licitações

gamacamp.com.br
inovaligama.com.br

Produtos Hospitalares
GAMACAMP

INOVALI
PRODUTOS HOSPITALARES